

嘉兴市第一医院自动化腹膜透析机 采购项目

招 标 文 件

项目编号：嘉一采招（非）（货）（2022）20号

项目名称：嘉兴市第一医院自动化腹膜透析机采购项目

招标方：嘉兴市第一医院

2022年6月27日

第一章 公开招标采购公告

项目概况

嘉兴市第一医院自动化腹膜透析机采购项目的潜在投标人可在嘉兴市第一医院外网(<http://www.jxdyyy.com>)招标采购栏目在线获取(下载)采购文件,并于2022年7月5日9:30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号:嘉一采招(非)(货)(2022)20号
- 2、项目名称:嘉兴市第一医院自动化腹膜透析机采购项目
- 3、采购方式:公开招标
- 4、招标内容:

设备名称	数量	预算金额
自动化腹膜透析机	一台	50000元

- 5、本项目(是/否)接受联合体:否

二、申请人的资格要求:

- 1、本项目的特定资格要求:

- 1.1 必须具有医疗器械生产或经营许可证(备案证);
- 1.2 投标产品属于医疗器械的必须具有有效的医疗器械注册证(备案证);

- 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即:

- 2.1 具有独立承担民事责任的能力;
- 2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 2.5 法律、行政法规规定的其他条件。

- 3、参加我院本次招标采购活动前三年内，投标单位及法人、授权销售代表在经营活动中无重大违法记录。
- 4、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

三、报名及资格审核：

- 1、报名方式：网络邮件报名，招标当天或招标现场不接受报名。
- 2、报名截止时间：2022年7月4日12:00；
- 3、报名电话及联系人：0573-82221162 喻老师（工作日8:00-11:30, 14:00-17:00）
- 4、报名资料：
 - 4.1 采用 Excel 表填写，内容包括项目名称、单位名称、联系人、电话、邮箱；
 - 4.2 投标单位法人营业执照，医疗器械生产或经营许可证（备案证），属于医疗器械的必须具有有效的医疗器械注册证（备案证）；
 - 4.3 投标供应商有效的其他资质及需要说明的资料；
 - 4.4 投标单位法人授权代表委托书；
 - 4.5 被授权人身份证复印件；
 - 4.6 中间代理商法人营业执照(若有)；
 - 4.7 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图。

将以上报名资料电子稿发招标采购中心邮箱（jxyyzbcgzx@163.com），邮件主题名：xx 公司+xx 项目报名。（请根据报名项目情况提供相应的资料，所有提供的资料需盖公章，报名表除外）

▲注：本项目采用资格后审，已参加投标报名的投标人不代表已取得投标资格，经审查不符合投标资格要求的，取消其投标资格或中标资格。

四、获取采购文件

- 1、时间：2022年6月27日至2022年7月4日，全天（北京时间，线上获取法定节假日均可。）
- 2、地点（网址）：<http://www.jxdyyy.com>（嘉兴市第一医院外网院务公开-招标采购）
- 3、方式：在线获取

五、提交投标文件要求及开标时间和地点

- 1、要求：投标文件密封封装，1正3副，在文件袋上标明项目名称和单位名称。
- 2、提交投标文件截止时间：2022年7月5日9:30整（北京时间），逾期作自动放弃处理。
- 3、开标地点：嘉兴市中环南路1882号嘉兴市第一医院5号楼3楼阳光会议室
- 4、开标时间：2022年7月5日9:30整（北京时间）
- 5、提交方式：按照新冠肺炎疫情防控工作要求，本项目采用不见面开标方式。请各投标人务必在开标当日9:30前将投标文件送达至指定地点[可采用快递方式或现场送达（现场送达后即可离开）至浙江省嘉兴市中环南路1882号嘉兴市第一医院六号楼四楼招标采购中心（接收人喻老师，电话0573-82221162），]，投标人代表不参加开标会议。

六、公告期限

本项目招标公告发布在嘉兴市第一医院外网(<http://www.jxdyyy.com>)，自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。质疑投标人对招标方的答复不满意或者招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购方联系方式

联系部门：嘉兴市第一医院招标采购中心

联系人： 陈主任

联系电话：0573-89990791

2、院内招标采购监督管理部门

嘉兴市第一医院纪检监察室

联系电话：0573-82519888

第二章 投标人须知

前附表

序号	内 容	要 求
1	项目名称	嘉兴市第一医院自动化腹膜透析机采购项目
2	信用记录	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。
3	招标人发出招标文件澄清或者修改的截止时间和方式	截止时间：2022年7月4日12:00 发出澄清或者修改的方式：书面方式（盖章后扫描发邮件至各投标人邮箱）
4	投标人确认收到澄清或者修改的时间和方式	投标人在收到澄清后24小时内以书面方式（回执盖章后扫描发邮件至 jxyyzbcgzx@163.com ）确认已经收到该澄清。24小时后未确认的，视为已收到招标文件澄清。
5	投标文件组成	投标文件组成：投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件两部分组成（其中：资信商务及技术文件正本1份，副本3份；报价文件正本1份，副本3份，单独密封）。
6	中标结果公告	评标结束后2个工作日内在嘉兴市第一医院外网（ http://www.jxdyyy.com ）公告，公告期为3个工作日。
7	投标截止时间与投标文件递交地点	投标截止日期和时间：2022年7月5日9:30 投标文件递交地点：嘉兴市中环南路1882号嘉兴市第一医院5号楼3楼阳光会议室 本特别事项与招标文件其它内容不一致的，以本特别事项为准。
8	开标时间与地点	开标时间： 2022年7月5日 9:30 地点：嘉兴市中环南路1882号嘉兴市第一医院5号楼3楼阳光会议室
9	中标候选人推	评标委员会依据综合打分结果进行排序；

	荐原则	评标委员会在评标报告中推荐综合得分由高到底排名前 3 名的为中标候选人。
10	中标人确定	招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定综合得分由高到低排名，中标人数量：1。
11	合同签订时间	成交结果公示期结束后 30 日内。
12	履约保证金	无
13	交货期	按招标人要求。
14	付款方式	验收合格且收到发票后叁个月付全额款项的 90%，余款壹年后付清。
15	投标文件有效期	90天
16	投标	按照新冠肺炎疫情防控工作要求，本项目采用不见面开标方式。请各投标人务必在开标当日 9:30 前将投标文件送达至指定地点[可采用快递方式送达至浙江省嘉兴市中环南路 1882 号嘉兴市第一医院六号楼四楼招标采购中心（接收人喻老师，电话 0573-82221162），或现场送达至开标地点后即可离开]，投标人代表不参加开标会议。
17	解释权	本招标文件的解释权属于招标方。

一、总 则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次采购所叙述的货物和服务。

2、定义

- 2.1 “招标方”系指组织本次招标的嘉兴市第一医院。
- 2.2 “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。
- 2.3 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标方提供的产品和服务。

3、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

4、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

5、质疑

5.1 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

5.2 质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第96号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

二、投标文件的编制

1、投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件、投标报价文件两部分组成。

1.1 资信商务及技术文件

A 资信文件：

- (1) 投标声明书（格式见附件2）；
- (2) 法定代表人授权委托书(格式见附件3)；
- (3) 提供企业营业执照副本复印件；
- (4) 提供企业税务登记证副本复印件；
- (5) 提供企业医疗器械生产或经营许可证（备案证）；
- (6) 投标产品属于医疗器械的必须具有有效的医疗器械注册证（备案证）；
- (7) 提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B 商务文件：

- (1) 投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；
- (2) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
- (3) 类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件4）、合同复印件、用户验收报告）；
- (4) 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件5）；
- (5) 投标方认为需要的其他文件资料。

C 技术文件（货物类项目）

- (1) 投标项目明细清单（含货物、服务等）；
- (2) 技术响应表（格式见附件 6）及产品彩页等图片介绍资料；
- (3) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
- (4) 项目实施人员一览表（格式见附件 7）；
- (5) 投标人需要说明的其他文件和说明。

1.2 报价文件：

- (1) 开标一览表（格式见附件 9）；
- (2) 报价方案明细表（格式见附件）；
- (3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注▲：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一栏表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

2、投标报价

- 2.1 投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；
- 2.2 投标报价为履行合同的最终价格，应包括货款、备品、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位等一切税金和费用。

3、投标文件的有效期

- 3.1 自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效。
- 3.2 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

4、投标文件拒收的情形

- 4.1 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；
- 4.2 未办理网上报名手续的。

5、投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 5.1 仅以非纸制文本形式的投标文件；
- 5.2 投标方未能提供合格的资格文件；
- 5.3 与招标文件有重大偏离的投标文件；任何一项实质性指标低于招标需求的投标无效；
- 5.4 对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

- 5.5 投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；
- 5.6 投标报价超出最高限价的；
- 5.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
- 5.8 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20 行以上或差错相同 2 处以上的；
- 5.9 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；
- 5.10 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

三、 开标

根据疫情防控需要,本项目不要求投标人(法定代表人或授权委托人)至开标现场参加开标活动。投标人应根据招标文件前附表要求,在规定的时间内将投标文件邮寄快递或直接送达的方式,于开标当日 9:30 之前送达至浙江省嘉兴市中环南路 1882 号嘉兴市第一医院六号楼四楼招标采购中心,联系人:喻老师,联系电话:18868029150 或 0573-82221162。所有未寄达或未送达上述指定地点的投标文件,视作投标人主动放弃。

四、 评标

1、 组建评标委员会

本项目评标委员会按《中华人民共和国政府采购法》相关要求组成,评审专家 4 人和用户代表 1 人。

2、 评标程序

- 2.1 采购中心工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。
- 2.2 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
- 2.3 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终~~以~~以书面形式进行答复。
- 2.4 评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

2.5 全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

3、评标原则

评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

4、评标过程的监督

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

五、定标

- 1、本项目由评标委员会推荐中标人。
- 2、评审结果经招标方确认后，采购中心将于 2 个工作日内在嘉兴市第一医院外网（<http://www.jxdyyy.com>）发布中标公告，公告期为 3 个工作日。
- 3、中标人应在成交结果公示期结束后 30 日内与招标方签订合同。
- 4、中标人在成交结果公示期结束后 30 日内无正当理由拖延、拒签合同的，招标方将取消其中标资格。

六、货款的结算

验收合格且收到发票后叁个月付全额款项的 90%，余款壹年后付清。

第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 40 分、技术商务分 60 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

二、评分标准说明：

1、价格分（40 分）

1.1 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

1.2 投标人的投标报价超过招标方设定的最高限价，将作为无效标。

1.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术商务分（60 分）

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

三、评标内容及标准：

序号	评分项目	分值	评标要点及说明
1	满足招标货物的功能及技术指标要求	18	满足技术参数基本要求的得 18 分；不满足一项扣 2 分，扣完为止。 注：(1) 未满足招标文件标注“▲”的实质性要求（条款、参数）的，该供应商的投标文件将被视为无效。(2) 标

			注▲和☆的需在投标文件内提供技术支持资料(如检测报告扫描件、产品说明书、彩页等)，未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
2	项目实施方案	5	评审小组根据投标人提供的实施方案（包括项目的安装、调试、供货措施、验收等）的科学性、合理性、针对性等进行综合打分（0-5分）。
3	售后服务方案	10	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案 0-4 分； 售后服务机构备品备件储备情况 0-3 分； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等 0-3 分。
4	质保期	12	满足招标文件要求（2年）的基础上，质保期每延长一年的加 4 分，最高 12 分(延长时间不足一年的不计入加分)。
5	成功案例及业绩	6	近三年内（开标之日向前追溯 3 年，以合同签订日期为准）实施同类项目的案例，每提供一个案例得 2 分，最高 6 分。投标人提供的业绩或案例证明为非同类项目的，本项不得分。须提供有效的采购合同扫描件。
6	采购认证	4	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得 2 分；所投产品取得环境标志产品的，得 2 分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。
7	标书制作情况	5	投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得 5 分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 1 分，扣完该项得分为止。

第四章 招标需求

一、招标单位名称：嘉兴市第一医院

二、招标内容及商务技术要求：

1、采购内容一览表

设备名称	数量
自动化腹膜透析机	一台

2、技术参数要求

1. 主机:中文显示屏及中文操作软件，OLED 简体中文显示屏及中文操作软件；
2. 液压泵驱动及液体导流系统，无需使用重力作用无需使用称重秤测定出入液量，实时计算液体流量并检测病人空腹或是否管路堵塞，安全监控，避免称重秤失灵导致的危险，同时减少了定期校准称重秤的麻烦；
3. 液袋温度监测，避免过高或过低温度的液体灌入病人体内造成伤害；
4. 可调的灌入和引流速度，适合各种人群的治疗，包括婴幼儿；体积小；
5. 容量精度:标准模式:+3/-20ml；低灌注模式:+3/-10ml；标准模式:+3/-20 ml；低灌注模式:+3/-10ml，精确的容量控制，保障治疗的安全性和稳定性；
6. 容量显示精度 1ml ；
7. 透析液温度设定可调节 35℃，36℃，37℃，液体控制 32℃-40℃；
8. 温度精度±2℃，避免过高或过低温度的液体灌入病人；
9. 远程医疗配套的 APD 管理系统，可实时在线监测(更新频率小于 20s)、远程处方下载、结果上传，通过协议采集智能设备(血压、体重、血糖)上传的数据，可用 excel 导出数据，支持分级管理及单中心数据管理。

3、商务条款

1. 质保期

- 1.1. 保修期 2 年（从验收合格之日起计算）。

1.2. 在保修期内，所有服务及配件全部免费。验收不符合招标方要求的产品，中标供应商负责免费更换符合招标方要求产品。免费保修期之后继续提供保修服务至设备使用年限。

1.3. 每年质保期内故障率不得超过 14 天，如使用率达不到要求，每超过 1 天质保期相应延长 10 天。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。每 3-6 个月提供原厂设备巡检 1 次（包括校准）。

1.4. 投标商在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

2. 付款周期

验收合格且收到发票后叁个月付全额款项的 90%，余款壹年后付清。

3. 售后服务

3.1 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后响应时间 2 小时内，工程师 24 小时维修排除故障。8 个工作小时未修复须提供备品备件。故障最长修复时间在 7 个工作日之内，7 个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。

3.2 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出具体的收费清单和服务内容。提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

3.3 请注明离采购人最近售后服务机构的售后服务人员名单及联系方式。

4. 培训

4.1. 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4.2. 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3. 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

5. 安装调试

5.1. 安装地点：嘉兴市第一医院

5.2. 安装完成时间：接到用户通知后 7 天内完成安装和调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的。

5.3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.4. 安装过程中发生的费用由卖方负责。

5.5. 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

5.6. 随机资料：提供使用操作手册 2 份，维修技术手册 1 份。

6. 验收

6.1验收流程：产品验收分商务验收和技术安装验收。商务验收是指对产品安装前或安装后的货物、资料清点。进口产品需要提供报关、商检等资料。技术安装验收是指产品安装后功能、性能、质量及运行情况的验收，分初步验收和最终验收两步。产品安装调试完成后即可进行初步技术安装验收，初步验收合格一个月后方可进行最终验收。

6.2产品应符合国家相关标准、投标文件的技术参数及功能要求，并根据合同条款逐项验收。产品安装完毕试运行正常 1 个月后，符合验收条件的，双方签订最终验收报告。

6.3验收过程中发现产品性能或功能达不到要求，卖方必须在发现问题后 15 个工作日内做出处理（更换货物或调整小修），使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，不允许供应商或生产厂家在安装调试过程中对机器进行影响机器性能或功能的较大维修。

6.4验收过程中所发生的所有费用（含检测计量、耗材等）由卖方承担，含在合同总价中。

7. 交货

7.1. 交货期：按招标人要求

8. 报价方式

8.1. 所有投标价格含货物应交纳的一切税费和伴随服务费。

第五章 投标文件格式附件

附件 1:

正本或副本

项目名称：嘉兴市第一医院自动化腹膜透析机采购项目

项目编号：嘉一采招（非）（货）〔2022〕20 号

商务及技术文件

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

资信商务及技术文件目录

A 资信文件：

- (1) 投标声明书（格式见附件 2）；
- (2) 法定代表人授权委托书(格式见附件 3)；
- (3) 提供企业营业执照副本复印件；
- (4) 提供企业税务登记证副本复印件；
- (5) 提供企业医疗器械生产或经营许可证（备案证）；
- (6) 投标产品属于医疗器械的必须具有有效的医疗器械注册证（备案证）；
- (7) 提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质及需要说明的资料。

B 商务文件：

- (1) 投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；
- (2) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
- (3) 类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件 4）、合同复印件、用户验收报告）；
- (4) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件 5）；
- (5) 投标方认为需要的其他文件资料。

C 技术文件（货物类项目）

- (1) 投标项目明细清单（含货物、服务等）；
- (2) 技术响应表（格式见附件 6）及产品彩页等图片介绍资料；
- (3) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
- (4) 项目实施人员一览表（格式见附件 7）；
- (5) 投标人需要说明的其他文件和说明。

附件 2:

投 标 声 明 书

致嘉兴市第一医院:

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的嘉兴市第一医院_____项目（编号为：_____）投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3. 若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4. 我方不是招标方的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5. 投标书自开标日起有效期为 一个工作日。
6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

日 期：

单位全称（公章）：

附件 3:

法定代表人授权委托书

嘉兴市第一医院:

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托本单位在职职工(姓名)为全权代表,以我方的名义参加项目编号:_____项目名称:_____项目的投标活动,并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达招标方以前,本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权,特此委托。

全权代表签名: _____ 职务: _____

全权代表身份证号码: _____

法定代表人签名: _____ 职务: _____

单位全称(公章): _____ 日期: _____

附件 4:

投标人同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）：

采购单位名称	项目名称	合同金额（万元）	采购单位联系人及联系电话
备注	须提供投标人同类项目合同复印件。		

法定代表人签字：

时 间：

附件 5:

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

嘉兴市第一医院:

我单位在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录, 包括:

一、我单位因违法经营受到刑事处罚;

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名:

日期:

单位全称(公章):

附件 6:

技术响应表

单位全称（公章）：

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：

日期：

附件 7:

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

姓名	职务	专业技 术资格	证书 编号	参加本单位工作 时间	劳动合 同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：

日 期：

附件 8:

正本或副本

项目名称: 嘉兴市第一医院自动化腹膜透析机采购项目

项目编号: 嘉一采招(非)(货)(2022)20号

报 价 文 件

单位全称(公章):

地 址:

时 间:

报价文件目录

- (1) 开标一览表（格式见附件 9）；
- (2) 报价方案明细表（若有）；
- (3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

附件 9:

开标一览表

项目名称：嘉兴市第一医院自动化腹膜透析机采购项目

项目编号：嘉一采招（非）（货）〔2022〕20 号

设备名称	数量	报价（元）	设备品牌	质保期
自动化腹膜透析机	一台			

注： 1、此表报价单不得涂改，请按表格要求认真填报，否则其投标作无效标处理。

2、投标单位未盖章的作无效标处理。

投标单位（盖章）：

投标人全权代表签字：

日期： 年 月 日