

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	葛以和
	职称:	高工
	工作单位:	省肿瘤医院
专业人员信息	姓名:	陈宇
	职称:	高工
	工作单位:	浙江省口腔医院
专业人员信息	姓名:	王宇余
	职称:	工程师
	工作单位:	杭州市肿瘤医院
项目信息	项目名称:	飞利浦经食道探头
	供应商名称:	杭州双木科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该医院拟在飞利浦CXB彩超设备上增配经食道探头，该探头为飞利浦CXB设备上唯一可用于食道超声检查的3D探头，能实现实时3D容积成像、XPlane成像等功能，其它品牌型号无法替代和兼容，建议采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字	<p>葛以和 陈宇 王宇余</p>	日期 2023年2月27日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。