

九、专家论证意见

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 莫明
	职称: 教授级高工
	工作单位: 杭州市第一人民医院
专业人员信息	姓名: 孔
	职称: 孔
	工作单位: 浙江省人民医院
专业人员信息	姓名: 孔
	职称: 孔
	工作单位: 浙江省人民医院
项目信息	项目名称: 嘉兴市第一医院电动开颅钻手机
	供应商名称: 浙江白云科工贸股份有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目动力系统主机品牌为强生, 为了手机与主机适配性和兼容性, 配置同品牌的手术手机。浙江白云科工贸股份有限公司为强生授权供应商。鉴于上述情况, 建议申请采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>莫明 孔</p> <p>日期: 2023年5月25日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。